



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

L-154

INCUBADORA DE LABORATORIO DE 740-750 LITROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 MODELO DE PIE CON 4 RUEDAS DE SOPORTE. DOS CON FRENO COMO MÍNIMO.
A02 CON DOS PUERTAS EXTERIORES Y 2 INTERIORES CON LUNAS RESISTENTES DE PROTECCIÓN INTERNA.
A03 CAPACIDAD: 740 - 750 LITROS.
A04 CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA MULTIFUNCIONAL DE MICROPROCESADOR DE APOYO DE LÓGICA FUZZI.
A05 INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE.
A06 CON CIRCULACIÓN NATURAL DE AIRE.
A07 MEDIDAS APROXIMADAS:
INTERNAS : 1040 mm ANCHO x 1200 mm ALTURA x 600 mm FONDO.
EXTERNAS : 1190 mm ANCHO x 1620 mm ALTURA x 750 mm FONDO.

B PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

- B01 RANGO DE TEMPERATURA: DE 30°C A 70°C ó RANGO MAYOR.
B02 TEMPORIZADOR DE 1 MINUTO A 999 HORAS ó MÁS.
B03 PROTECCIÓN DIGITAL DE SOBRE TEMPERATURA.
B04 CON CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FABRICA.

C ACCESORIOS

- C01 POR LO MENOS 2 BANDEJAS ESTÁNDAR PARA EL MODELO PROPUESTO.

D REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

- D01 SUMINISTRO ELÉCTRICO UTILIZADO 220VAC, 60Hz. SIN USO DE TRANSFORMADOR