



PERÚ

Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

R-27

REFRIGERADORA 14 / 15 PIES CUBICOS , DOS PUERTAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A **GENERALES**

- A01 DE 14 o 15 PIES CÚBICOS
 - A02 DE TIPO VERTICAL
 - A03 2 PUERTAS, PARA CONGELADOR Y REFRIGERADOR, APERTURA HORIZONTAL CON TIRADORES VERTICALES.
 - A04 INTERIOR POLIPROPILENO ó SUPERIOR
 - A05 ILUMINACIÓN INTERIOR
 - A06 SISTEMA NO FROST
 - A07 CON SISTEMA DE NIVELACIÓN.
- CONGELADOR**
- A08 CONGELADORA: -20°C A 0°C ó RANGO MAYOR.
- REFRIGERADOR**
- A09 REFRIGERADORA 0°C A 10°C ó RANGO MAYOR.
 - A10 SUPERFICIE FRONTAL LIZA, QUE PERIMTA UNA LIMPIEZA Y DESINFECCION SEGURA DE LAS SUPERFICIES, NO DEBE COMTENER "ACCESORIOS" QUE PERMITAN LA PROLIFERACION DE MICROORGANISMOS

B **ACCESORIOS**

- B01 ACCESORIOS COMPLETOS, SEGÚN MODELO OFERTADO.

C **REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA**

- C01 SUMINISTRO ELÉCTRICO UTILIZADO 220VAC, 60Hz. SIN USO DE TRANSFORMADOR

D **CARACTERISTICAS ADICIONALES**

- D01 UN (01) TERMÓMETRO MOVIL PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE -10°C A 100°C O RANGO MAYOR.
- MOTOR**
- D02 GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R-134 LIBRE DE CFC Y HCFC.
 - D03 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 44 dB(A)